



DIÁRIO DA REPÚBLICA

Segunda-feira, 21 de novembro de 2022 Número 224

PARTE L — CONTRATOS PÚBLICOS

HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E. P. E.

Anúncio de procedimento n.º 15170/2022

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Designação da entidade adjudicante: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E.

NIPC: 503035416

Endereço: Itinerário Complementar 19, Venteira

Código postal: 2720 276

Localidade: Amadora

País: PORTUGAL

NUT III: PT17

Distrito/Região: Lisboa

Concelho: Amadora

Freguesia: Freguesia de Venteira

Endereço Eletrónico: logistica@hff.min-saude.pt

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: Aquisição de reagentes para a realização de análises de Química Clínica e Imunoquímica, para o Serviço de Patologia Clínica do HFF, E.P.E

Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição de reagentes para a realização de análises de Química Clínica e Imunoquímica

Tipo de Contrato Principal: Fornecimentos

Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis

Preço base do procedimento? Sim



Valor do preço base do procedimento: 3,308,715.90 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objeto principal
Vocabulário principal: 33696500
Valor: 3,308,715.90 EUR

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

Número de referência interna: 17F0003823
O contrato envolve aquisição conjunta (satisfação de várias entidades)? Não
O contrato é adjudicado por uma central de compras? Não
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro? Não
É utilizado um leilão eletrónico? Não
É adotada uma fase de negociação? Não
Serão usados critérios ambientais? Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES

Não

5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO

O contrato é dividido em lotes? Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

País: PORTUGAL

NUT III: PT17

Distrito/Região: Lisboa

Concelho: Amadora

Freguesia: Freguesia de Venteira

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Prazo de execução do contrato [prazo inicial sem incluir renovações]: 1 anos

Previsão de renovações? Sim

Número máximo de renovações: 2

Prazo de renovações diferente do prazo inicial? Não

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1 - Habilitação para o exercício da atividade profissional?

Sim

Tipo:

Documentos de Habilitação

Descrição:

Documentos referidos no art.º 81.º do CCP

8.2 - Informação sobre contratos reservados

Aplica-se a contratos reservados (54-A)?

Não

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS



9.2 - Fornecimento das peças do concurso, apresentação dos pedidos de participação e apresentação das propostas

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante:

Saphety (<https://www.saphetygov.pt/>)

Link para acesso às peças do concurso (URL):

www.saphetygov.pt

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Até às 17 : 00 do 30 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS

120 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é diferenciado por lote? Não

Multifator? Sim

Fatores

Nome: PREÇO

Ponderação: 60 %

Subfatores? Não

Fatores

Nome: Fator Adequabilidade das soluções propostas

Ponderação: 40 %

Subfatores? Sim

Subfator

Nome: Módulo aliquotador

Ponderação: 7,5 %

Subfator

Nome: Sistema de automação eléctrica e sem recurso a sistemas de ar comprimido

Ponderação: 3,75 %

Subfator

Nome: Transporte da amostra

Ponderação: 2,5 %

Subfator

Nome: Verificação da quantidade de amostra

Ponderação: 7,5 %

Subfator

Nome: Possibilidade de verificação precoce dos índices de soro (hemólise, li

Ponderação: 1,25 %

Subfator

Nome: Gestor de amostras de tubos (para as salas de colheitas do SPC) com li

Ponderação: 2,5 %

Subfator

Nome: Sistema validado para processamento pré-analítico de amostras de Biolo

Ponderação: 1,25 %

Subfator



Nome: Descarregamento electrónico e online das aplicações e dos valores dos
Ponderação: 2,5 %
Subfator

Nome: Transporte individualizado e bidireccional de amostras nos sistemas an
Ponderação: 1,25 %
Subfator

Nome: Priorização imediata de pipetagem de amostras de urgência em cerca de
Ponderação: 2,5 %
Subfator

Nome: Agitação da mistura de reacção sem contacto com a amostra, para todos
Ponderação: 1,25 %
Subfator

Nome: Capacidade de manter calibradores e controlos internos a bordo do equi
Ponderação: 7,5 %
Subfator

Nome: Capacidade de saída classificável de tubos de amostra segundo regras c
Ponderação: 2,5 %
Subfator

Nome: Ligação bidireccional ao programa de Gestão do Controlo de Qualidade I
Ponderação: 7,5 %
Subfator

Nome: Manutenções pré-programáveis e automatizadas com intervenção diária re
Ponderação: 7,5 %
Subfator

Nome: Carregamento de reagentes sem paragem ou pausa dos equipamentos ou mód
Ponderação: 3,75 %
Subfator

Nome: 100% dos calibradores de Imunoquímica Líquidos, sem necessidade de rec
Ponderação: 3,75 %
Subfator

Nome: Sem parar o processamento de amostras, possibilidade de calibrar e con
Ponderação: 3,75 %
Subfator

Nome: Utilização de ponta descartável na execução dos testes de imunoquímica
Ponderação: 2,5 %
Subfator

Nome: Tempo médio de reacção (min) para >90% dos testes de Imunoquímica
Ponderação: 2,5 %
Subfator

Nome: Execução de Ionograma por tecnologia de multisensor, para evitar despe
Ponderação: 3,75 %
Subfator

Nome: Sistema de extensão de linearidade dos ensaios para doseamento de enzi
Ponderação: 2,5 %
Subfator

Nome: Volume total de amostra (μl) necessário para a execução, num



Ponderação: 2,5 %

Subfator

Nome: Possibilidade de realizar rastreio pré-Natal 1º trimestre (PAPP-A, bHC

Ponderação: 2,5 %

Subfator

Nome: Possibilidade de funcionar em modo "Stand alone", permitindo o arquivo

Ponderação: 2,5 %

Subfator

Nome: Gestão centralizada do sistema de automação através de um único monito

Ponderação: 2,5 %

Subfator

Nome: Resultados suportados por avaliação das médias móveis em tempo real (a

Ponderação: 2,5 %

Subfator

Nome: Tempo de reacção (min) para os parâmetros de Urgência: Troponina de al

Ponderação: 2,5 %

Subfator

Nome: Troca de reagentes entre analisadores com monitorização do número de t

Ponderação: 3,75 %

13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO

Sim 5 %

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E.

Endereço: Itinerário Complementar 19, Venteira

Código postal: 2720 276

Localidade: Amadora

Endereço Eletrónico: logistica@hff.min-saude.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2022/11/17

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:

Sim

17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO ANÚNCIO

Nome: Carla Purgatório

Cargo: Assistente Administrativo

415889312



II SÉRIE



**DIÁRIO
DA REPÚBLICA**

Depósito legal n.º 8815/85 ISSN 0870-9963

Diário da República Eletrónico:

Endereço Internet: <http://dre.pt>

Contactos:

Correio eletrónico: dre@incm.pt

Tel.: 21 781 0870

Fax: 21 394 5750